Moveo S.r.l.
Via Monsignor G. Fortin, 38
35128, Padova, Italia
+39 049 26144 27
P.I. VAT IT 05236760285
info@moveowalks.com
moveowalks.com

Ficha técnica de ExoBand

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO SANITARIO

ADVERTENCIAS

El producto sanitario debe prescribirse y utilizarse bajo supervisión médica y el experto de referencia par su utilización es un técnico ortopédico, que es la figura competente tanto para la aplicación como para la información relativa a la seguridad de uso, según las necesidades individuales. Para garantizar la eficacia, la tolerabilidad y el correcto funcionamiento, la aplicación debe realizarse con el máximo cuidado. Cualquier cambio en la estructura o ajuste del producto debe ser prescrito por un médico y realizado por un técnico ortopédico. En personas hipersensibles, el contacto directo con la piel puede provocar enrojecimiento o irritación. Si se produce dolor, inflamación, hinchazón o cualquier otra reacción anormal, póngase en contacto con su médico de inmediato.

El producto sanitario está diseñado únicamente como apoyo para la deambulación humana. Se desaconseja el uso del producto en cualquier otra circunstancia (por ejemplo, en coche, moto, bicicleta, agua, etc.). Cualquier daño que se produzca como consecuencia de un uso inadecuado es responsabilidad del cliente.

El producto consta de un cinturón, dos musleras y dos tensores que, acoplados a la guía dentada, unen estas partes. El producto se fabrica en 4 tallas (XS, S, M, L) intercambiables.

Producto sanitario de Clase I.

USO PREVISTO Y USO NO PREVISTO DEL PRODUCTO

Campo de aplicación y uso previsto

El producto sanitario debe utilizarse exclusivamente como:

- Facilitador de la marcha para personas mayores y personas con ralentización motriz causada por enfermedades discapacitantes y/o condiciones de salud
- Dispositivo para mejorar la postura incorrecta o patológica

Uso no previsto

No se ha previsto ningún otro uso que el descrito en el apartado "**CAMPO DE APLICACIÓN Y USO PREVISTO**".
También está terminantemente prohibido:

- La utilización del producto sanitario por personas que no hayan leído el manual
- Uso por parte de las mujeres embarazadas.
- El producto sanitario no debe llevarse en contacto directo con la piel.

Límites del producto sanitario

- El producto sanitario no puede tratar las deformidades graves de la columna vertebral (dismorfismos) y otros dismorfismos (sólo puede reducir los resultados).
- El producto sanitario puede utilizarse durante mucho tiempo, es decir, hasta que muestre signos de rotura o daños que comprometan su estructura, seguridad y función. En este caso y en caso de duda se recomienda consultar inmediatamente al vendedor.
- El producto sanitario puede alcanzar su máxima eficacia después de un período gradual de uso en función del estado psicofísico del usuario.

Lavado

Lavar a máquina en un programa delicado en frío después de retirar los componentes elásticos de las musleras como se ha descrito anteriormente. Dejar secar en una rejilla de secado y sin calor. No secar en secadora.
No utilizar suavizante ni limpieza en seco. No planchar.

UDI-DI DI básico: 805934045EXOBAND0003N

CODIGO EMDN: Y061215

DESCRIPCIÓN EMDN: ORTESIS DE CADERA (INCLUIDAS LAS ORTESIS DE ABDUCCIÓN)

CODIGO REF: EXOBAND

CODIGO GMDN: 36228 (HIP ORTHOSIS)